

## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Specyfikacja zamówienia

### Przedmiot zamówienia:

- dostawa i montaż sprzętu, w ramach projektu - *Rozwój Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim - "Usługi noclegowe"* (projekt nr .RPZP.07.02.00-32-K003/19) w Kamieniu Pomorskim, ul. Kopernika 12.

### Opis przedmiotu zamówienia:

- Realizacja prac polega na dostawie i montażu nowego sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją.**
- specyfikacja odnosi się do minimalnych wymagań dotyczących sprzętu.**

Zamawiający założył składanie ofert częściowych, przy czym oferent może złożyć jedną ofertę dotyczącą co najmniej jednej z dwóch części zamówienia (maksymalnie wszystkich części Zamówienia). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający planuje wybór co najmniej jednego dostawcy (maksymalnie dwóch różnych dostawców), jeżeli do każdej z dwóch różnych części Zamówienia zostanie wybrany inny Wykonawca).

### Część I

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 30213100-komputery przenośne, 42962000 (urządzenia drukujące)

#### 1. sprzęt do recepcji

lp.	Nazwa	opis	Ilość	Cena netto	Cena brutto
1.	Laptop	<ul style="list-style-type: none"> <li>procesor min. 4 rdzeniowy</li> <li>pamięć RAM min. 8GB</li> <li>rozdzielczość ekranu min. 1920x1080</li> <li>przekątna ekranu min. 14"</li> <li>dysk SSD min. 240GB</li> <li>system operacyjny Windows 10 Home lub Professional</li> <li>Pakiet MSOffice,</li> <li>Oprogramowanie antywirusowe,</li> </ul>	1 szt		
2.	Drukarka (urządzenie wielofunkcyjne)	laserowa monochromatyczna min. 15 str/min druk dwustronny interfejs sieciowy LAN skaner	1 szt		
Razem					

#### 2. sprzęt do biura kierownika i terapeutów:

lp.	Nazwa	opis	Ilość	Cena netto	Cena brutto
1.	laptop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procesor min. 4 rdzeniowy</li> <li>• pamięć RAM min. 8GB rozdzielczość ekranu min. 1920x1080</li> <li>• przekątna ekranu min. 14"</li> <li>• dysk SSD min. 240GB</li> <li>• system operacyjny Windows 10 Home lub Professional</li> <li>• Pakiet MSOffice,</li> <li>• Oprogramowanie antywirusowe,</li> </ul>	3 szt		
2.	Drukarka (urządzenie wielofunkcyjne)	laserowa monochromatyczna min. 15 str/min druk dwustronny interfejs sieciowy LAN skaner	1 szt		
Razem					

## Część II

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 33157500-0 komory hiperbaryczne

### 1. wyposażenie sali rehabilitacyjnej

lp.	Nazwa	Parametry techniczne:	Ilość	Cena netto	Cena brutto
1.	<b>Kompletna Komora hiperbaryczna miękka 220cm x 80 cm (komora, kompresor, koncentrator tlenu, system chłodzenia)</b>	Komora: Dostępne ciśnienie: 1.3 ATA Waga: 15 kg Rozmiar : długość – 220cm, średnica – 80cm Pojemność: Jedna osoba Certyfikaty: CE, ISO 13485, ISO9001 Napięcie: 240 V kompresor powietrza i tlenu, : Moc: 550 W , system chłodzenia: 220W – Przepływ powietrza: 80 L/min Przepływ tlenu: 10 L/min z możliwością regulacji Wydajność systemu chłodzenia: 150 L/min	1 kpl		
Razem					